SNAP® une technologie unique

		Présentation			Ag	Ac	Support		Stockage	Sensibilité	Spécificité	Renouveler test	photos tests positifs	C	E	Tps
		5	15	30			plasma, sérum, sang total	fécès								
Chat	**fPL**	Lipase pancréatique spécifique féline		10		x	x	Sérum		2 - 7 °C	87	100	En cas de résultat anormal, utilisez le test Spec fPL pour quantifier les fPL		4	3	10
Chat	**Combo**	FeLV	●	●	●	●		●		2 - 7 °C	100	99,6			4	3	10
Chat		FIV	●	●	●		●	●		2 - 7 °C	99,3	99,8	Si positif chez chaton de moins de 6 mois retester après 6 mois.		4	3	10
Chat	**Dirofilariose**		●	●	●	●		●		2 - 7 °C	87,5	100	6 mois après Traitement		4	3	10
Chat	**Giardia**		●	●		●			●	2 - 7 °C	92 - 96	99	2 sem après traitement		5		8
Chien	**4 DX**	Diro	●	●	●	●		●		2 - 7 °C	98	100	16 sem après traitement		4	3	8
Chien		Lyme				●		●			92	100	6 - 9 mois après traitement		4	3	8
Chien		Ehrlichiose				●		●			99	100	9 mois après traitement		4	3	8
Chien		Anaplasmose				●		●			99,1	100	Non nécessaire : Le test peut rester positif plusieurs mois même après un traitement efficace		4	3	8
Chien	**Leishmaniose**			10			●	●		2 - 7 °C	96,3	99,2	1-2 mois après traitement		6	2	6
Chien	**Parvo**		●			●			●	2 - 7° c ou T° ambiante	100	100			5		8
Chien	**cPL**	Lipase pancréatique spécifique canine		10		x	x	Sérum		2 - 7 °C	95,8	96,8	En cas de résultat anormal, utilisez le test Spec cPL pour quantifier les cPL		4	3	10

C (Conjugué = nombre de gouttes), E (Echantillon = nombre de gouttes),
Tps (Temps d'incubation une fois test snapé).

Commande : 0800 433 999

BP 50232
95614 CERGY-PONTOISE cedex
www.idexx.fr

IDEXX LABORATORIES

idexxtableaufpl.indd 1 11/04/12 14:46

Mode d'emploi des tests **SNAP®**

Préparation du test **SNAP®** sanguin

1/ Homogénéiser l'échantillon et le conjugué dans le tube échantillon



2/ Verser le contenu du tube dans le puits échantillon

3/ Dès l'apparition d'une coloration dans le cercle d'activation, appuyer pour activer le SNAP®



4/ Lecture du résultat

Préparation du test **SNAP®** parvo et giardia

1/ Enduire l'écouvillon et le replacer à l'intérieur du tube extracteur. Plier le réservoir et libérer le conjugué.

2/ Presser et relacher le réservoir 3 fois pour mélanger échantillon et conjugué.

3/ Presser le réservoir afin de déposer 5 gouttes dans le puits échantillon

4/ Dès l'apparition d'une coloration dans le cercle d'activation, appuyer pour activer le SNAP®



5/ Lecture du résultat

Le procédé SNAP, une technique unique.



IDEXX LABORATORIES

BP 50232
95614 CERGY-PONTOISE cedex
www.idexx.fr
commande : 00800 1234 3399

www.vetosphere.com